

山东省计量科学研究院

型号/规格: HTYZL-H
Type/Specification

编号: SCZL202-2020170
No.

校准依据: JJF1464-2014 界面张力仪校准规范

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)

校 准:
Calibrated by

张磊

核 验:
Checked by

杨霞

批 准:
Approved by

许安华

职 务: 副所长
Functions

校准日期: 2022 年 09 月 21 日
Date of Calibration



证书编号: [REDACTED]

Certificate No. [REDACTED]

校准结果

Calibration Results

1. 示值误差: -0.06%

不确定度: $U_{rel} = 0.16\%$ $k=2$

2. 零点漂移: 0.0 mN/m
