

湖北计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山中路二号 邮编 (Post Code): 430223  
电话 (Tel): 027-81925136  
网址 (Web site): <http://www.hbjl.gov.cn> 传真 (Fax): 027-81925137

CUC

REGISTRATION NO. 002

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号  
Certificate No.

委托方名称 江苏省海门市

Sample

制造厂商 武汉特高压电力科技有限公司  
Manufacturer

Model  
Model Name MCZ-II



相互承认协议

国家计量检定系统表

校准证书



5 standards.



5

5

## ● 本次校准的技术依据（名称、代号）

Reference documents for the Calibration (Name、Code)

参考依据



5

5

## ● 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standard used in the Calibration

设备名称

Name of Equipment

校准所用主要计量标准器具

型号/编号

Model Serial No.

M1-1037

证书号/有效期

Certificate No./Due Date

2022DW02250483/2028-12-31

## ● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度：21.0℃



其它：—

气压：—



地点：本院光谷基地B211室

Others

原始记录编号：



## 校准数据/结果

Data/Results of Calibration

| 量程: 500 $\Omega$  |                   |                |  | 量程: 500 $\Omega$  |                   |                |  |
|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 标准值 (m $\Omega$ ) | 显示值 (m $\Omega$ ) | $U_{rel}(k=2)$ |  | 标准值 (m $\Omega$ ) | 显示值 (m $\Omega$ ) | $U_{rel}(k=2)$ |  |
| 1.000             | 1.002             | 0.1%           |  | 1.000             | 1.001             | 0.1%           |  |
| 3.000             | 3.005             |                |  | 3.000             | 3.006             |                |  |
| 5.000             | 5.010             |                |  | 5.000             | 5.009             |                |  |
| 7.000             | 7.015             |                |  | 7.000             | 7.013             |                |  |
| 10.00             | 10.02             |                |  | 10.00             | 10.01             |                |  |

以下空白